

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Łóżko rehabilitacyjne typu Taurus 2

Specyfikacja:

1. Wymiary zewnętrzne łóżka: szerokość 100-105cm, długość 210-215 cm
2. Wymiary leża: 90 x 200 cm
3. Typ leża: drewniane lub metalowe
4. Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400 mm – 800 mm
5. Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie: 0-72°
6. Regulacja segmentu oparcia uda w zakresie: 0-28°
7. Kąt przechyłu pozycji Trendelenburga: ok. 0-12°
8. Kąt przechyłu pozycji anty-Trendelenburga: ok. 0-12°
9. Bezpieczne obciążenie robocze: 215 kg
10. Dopuszczalna waga pacjenta: 180 kg
11. Wysięgnik z uchwytem do ręki

Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 7 dni robocze.

Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 7 dni roboczych.

Możliwość zgłaszania awarii telefonicznie bądź mailowo.

Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na sprzedaż urządzenia.

Zapewnienie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim – przy dostawie.

Dostawa na koszt Wykonawcy, termin dostawy – do 31.07.2024 r.

Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności producenta – Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokument wraz z dostawą, dokument musi zostać przekazany w języku polskim. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2024, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane.